Grudziądz 04.08.2020r.

Informacja z otwarcia ofert

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż cyfrowego aparatu RTG - znak sprawy G / 6 / ZP - t / 20.

Informacja z otwarcia w dniu 03.08.2020 r. w/w przetargu.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia n/wym. kwotę:

787 037,04 zł netto, 850 000,00 zł brutto

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu:

Skamex, Sp. z o.o. SP. k. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź,
Cena **790 900,00 zł netto 869 382,00 zł brutto**,

Meditech X-RAY Sp. z o.o., ul. Wirowska 6, 62-052 Komorniki
Cena **718 000,00 zł netto 775 440,00 zł brutto**,

Parametry techniczne:

Parametr punktowany	Wartość wymagana	Punktacja	**Skamex**	**Meditech**
Wymagania ogólne				
Detektory cyfrowe wyprodukowane przez producenta aparatu co znajdzie potwierdzenie na tabliczce znamionowej detektorów. Podać potwierdzenie w oryginalnych, oficjalnych materiałach producenta wraz z tłumaczeniem na język polski.	TAK/NIE	TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt	**Tak. Zgodnie z opisem parametru.**	**NIE**
Stół diagnostyczny				
Szerokość blatu stołu ≥ 75 cm	TAK, Podać	≥ 85cm - 10 pkt < 85cm - 0 pkt	**Tak. Zgodnie z opisem parametru. 90 cm**	**TAK, 88,7**
Przełączniki ręczne do sterowania wysokością stołu oraz do zwalniania hamulców blatu stołu	TAK, NIE	TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt	**Tak. Zgodnie z opisem parametru.**	**TAK**
Detektory				
Cyfrowy detektor DR w stole diagnostycznym				
Zaawansowana konstrukcja obudowy detektora zapewniająca ochronę przed wnikaniem wody i pyłu min. IP56, potwierdzona	TAK/NIE	TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt	**Tak. Zgodnie z opisem parametru. IP57**	**TAK, IP68**

informacją na detektorze				
Cyfrowy detektor DR w statywie (stojaku płucnym)				
Zaawansowana konstrukcja obudowy detektora zapewniająca ochronę przed wnikaniem wody i pyłu min. IP56, potwierdzona informacją na detektorze	TAK/NIE	TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt	**Tak. Zgodnie z opisem parametru. IP57**	**TAK,IP68**
KONSOLA TECHNIKA APARATU RTG				
Możliwość edycji, modyfikacji i zapisu protokołów badań rentgenowskich przez użytkownika, w szczególności możliwość edycji, modyfikacji i zapisu warunków ekspozycji (kV, mA, ms, wybór komory/komór systemu AEC, wybór dodatkowej filtracji, ogniska, odległości i pozycji lampy względem detektora) oraz parametrów (warunków) przetwarzania obrazu	TAK/NIE	TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt	**Nie.**	**TAK**

DYREKTOR
lek. med. Andrzej Małecki